

《环境空气 颗粒物（PM₁₀和PM_{2.5}）连续自动监测系统安装 和验收技术规范》（HJ 655—2013）修改单

将“3.6 标准状态 standard state

指温度为 273 K，压力为 101.325 kPa 时的状态。本标准污染物浓度值均为标准状态下浓度值。”修改为：

“3.6

标准状态 standard state

指温度为 273.15 K，压力为 1013.25 hPa 时的状态。”